

ANEXO 3 Bis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE VEHÍCULOS TIPO C (AMBULANCIAS)

1. Aspecto Externo

Requisitos:

- Inscripción de la palabra “AMBULANCIA” en la parte posterior del vehículo y en la parte delantera legible por reflexión.
- Carrocería exterior amarilla.
- Señalización luminosa y Acústica.
 - Puente luminoso delantero, cuatro focos de destello laterales.
 - Sirena de dos tonos de 100 Vatios con megafonía.
- Tipo furgón con carrocería en su totalidad de acero.
- Estructura reforzada de seguridad antivuelco.
- Motor situado en el exterior de la cabina de conducción.
- Láminas antisolares en cristales de zona asistencial homologadas según legislación vigente.
- Puerta lateral corredera en el lado derecho, con ventana y cristales laminados de seguridad.

2. Documentación obligatoria

- Registro de las revisiones del material sanitario.
- Registro de desinfección del habitáculo y equipamiento
- Libro de reclamaciones.
- Registro de solicitudes y prestación de servicios.

3. Vehículo

- Faros antiniebla anteriores y posteriores.
- Cuatro indicadores de parada.
- Extintor de 6 Kg. de Polvo A,B,C.
- Juego de herramientas para la atención del vehículo.
- Señales de triangulares de peligro.

- Equipo de radiofonía eficaz en su área de actividad (en su defecto teléfono móvil).

4. CELULA SANITARIA

- Láminas antisolares en cristales de zona asistencial homologadas según legislación vigente.
- Ventilación, calefacción e iluminación independientes del habitáculo del conductor.
- Medidas de isoterminia e insonorización aplicadas a la carrocería.
- Revestimientos interiores de las paredes lisos y sin elementos cortantes, suelo antideslizantes, todos ellos impermeables, autoextinguibles, lavables y resistentes a los desinfectantes habituales.
- Puerta lateral derecha y trasera con apertura de fácil acceso del paciente.
- Armarios y cajones para el material de instrumental y lencería.
- Cuña y botella irrompible.
- Separación del modulo asistencial con la cabina de conducción con ventana practicable con cristales de seguridad corredizo y sistema de bloqueo.
- Dimensiones de la zona asistencial
 - Longitud 2100 milímetros.
 - Anchura 1520 milímetros.
 - Altura 1470 milímetros.
- Sistema de soporte, deslizamiento y fijación de la camilla que no comporta riesgo de accidente para el paciente y permite movimientos en aceleración o frenadas.
- Dispositivo para 2 frascos de perfusión.
- Calefacción con sistema independiente a la cabina de conducción, ajustable desde el propio compartimiento.
- Sistema de ventilación eléctrica y ventilación natural.
- Tomas de 12 v. c.c.
- Lencería adecuada, mantas y sábanas.
- Botiquín de Oxigenoterapia con:
 - Una botella de oxígeno portátil.
 - Equipo de oxigenoterapia con manoreductor y caudalímetro.
 - Mascarilla adulto y niño.

- Tubos de Guedell, del nº 1-3-y 5.
- Resucitador manual.

4.1 Camilla

- Camilla provista de dos correas de sujeción con cierre tipo rápido con unas dimensiones superiores a 55 x 185cms. que permita incorporarse al paciente en la camilla y el acceso al mismo. De estructura metálica con respaldo reclinable de 0 a 75 grados, barandillas laterales abatibles y mangos telescópicos.

4.2. Botiquín Sanitario.

- Povidona Yodada.
- Alcohol- Agua oxigenada.
- Tijeras rectas.
- Pinzas.
- Linternas de pupilas.
- Fonendoscopio.
- Tensiómetro portátil.
- 4 paquetes de gasas.
- 6 rollos de vendas.
- 1 sistema de vía periférica.
- 1 Aguja para cateterización por vía periférica.
- Jeringas y agujas.
- Guantes desechables.
- Esparadrapo de tela y papel

A.3. EQUIPAMIENTO GENERAL

- Lencería e Higiene: Mantas y sábanas, sábanas termoaislantes.
- Dispensador de toallas impregnada en solución jabonosa.
- Cubo de desperdicios.
- Un rollo de celulosa.
- Bolsas de plástico para vómitos.



- Sistema para soporte, fijación y deslizamiento de camilla con ruedas que permita una fácil y segura colocación y extracción de la misma con el paciente.
- Asiento reclinable junto a la camilla con cinturón de seguridad.
- Silla plegable.
- Camilla de cuchara o tijeras.